



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Procedura aperta ai sensi degli artt. 71 e 108 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., articolata in n. 8 lotti, per la fornitura di apparecchiatura e strumentazione elettronica/informatica per la misura, acquisizione ed elaborazione di dati e segnali per la prototipazione di dispositivi necessari all'interno dell'attività di ricerca del Progetto Vitality.

CHIARIMENTO N. 1

Tempo di saldatura da 0-20000 msec. Si tratta di un refuso? In quanto lo stesso parametro viene poi indicato nei criteri premianti con assegnazione di 10 punti. Si fa inoltre presente che per filo sottile utilizzare un tempo di saldatura così lungo, in relazione al fatto che n filo da 25 um richiede 25ms, inficia la tenuta del legame e tende a distruggere il filo.

RISPOSTA N. 1

Requisito minimo: tempo di Saldatura regolabile tra 0-25 ms. Caratteristica premiale (10 punti) tempo di saldatura: regolabile tra 0-20000ms.

CHIARIMENTO N. 2

Nel Capitolato speciale di Appalto viene indicato come requisito minimo: Forza impressa nella saldatura da 5 a 150 cN. Si tratta di un refuso? In quanto lo stesso parametro viene poi indicato nei criteri premianti con assegnazione di 5 punti.

RISPOSTA N. 2

Requisito minimo: forza impressa regolabile tra 5 e 50 cN. Caratteristica premiale (5 punti): forza impressa regolabile tra 5 e 150 cN.

CHIARIMENTO N. 3

Nei criteri premianti vengono assegnati 20 punti al concorrente che offre estensione di garanzia: 24 mesi di garanzia full risk aggiuntivi rispetto a quella prevista nel Capitolato speciale di Appalto (art. 6): si prega di chiarire che la Stazione Appaltante si aspetta un totale di 3 anni di garanzia inclusa l'estensione a 24 mesi full risk al fine dell'assegnazione dei 20 punti.

RISPOSTA N. 3

Si per ottenere i 20 punti oltre la garanzia di legge di 12 mesi l'operatore economico deve



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

garantire ulteriori 24 mesi per un totale di 36 mesi di garanzia full risk.

CHIARIMENTO N. 4

Nel Capitolato speciale di Appalto viene indicato come requisito minimo: Sistema trasduttore ultrasonico alla frequenza di 63.3 kHz con potenza in uscita da 0 a 10 W: si prega di chiarire la necessità di una potenza di 10 W in relazione ad una tecnologia "FILO SOTTILE"; tale potenza infatti non solo non trova giustificativo tecnico, ma rischia di diventare pericolosa in quanto una cattiva o errata regolazione potrebbe distruggere o bruciare il filo sottile.

RISPOSTA N. 4

La potenza in uscita deve essere regolabile da 0-10 W in base alla tecnologia di saldatura selezionata.

CHIARIMENTO N. 5

In merito alla richiesta di quotazione del Notebook DELL XPS 17, la macchina, con la configurazione richiesta è stata mandata fuori produzione dal Vendor e non più acquistabile sul mercato. Si segnala che l'unico XPS configurabile è il Modello da 13".

RISPOSTA N. 5

Richiediamo l'acquisto di un PC con le seguenti caratteristiche (qualsiasi produttore):

- Processore Intel® Ultra 9 185H (24 MB di memoria cache, 16 core, fino a 5,1 GHz) o superiore
- Windows 11 Home, inglese, olandese, francese, tedesco, italiano o superiore
- scheda video NVIDIA® GeForce RTX™ 4070, 8 GB di memoria GDDR6 o superiore
- memoria ram 32 GB, LPDDR5X o superiore
- display 16 pollici
- Unità SSD PCIe NVMe M.2 da 1 TB
- tastiera americana

CHIARIMENTO N. 6

In merito alla richiesta di quotazione del Lenovo Thinkpad X1 si richiede il chiarimento in quanto nella descrizione del prodotto sono espressi 64GB di RAM ma nelle caratteristiche tecniche si elencano 32GB di RAM.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

RISPOSTA N. 6

Richiediamo Lenovo Thinkpad X1 con 32 GB di RAM, non 64 GB.

CHIARIMENTO N. 7

In merito alla richiesta di quotazione della Licenza IBM SPSS 12 Month Statistics Premium Faculty Pack V28 (che include AMOS) Le licenze IBM SPSS Statistics in versione "Faculty-Pack" sono acquistabili esclusivamente privatamente e per suo personale da professori universitari sui marketplace IBM. Le Università non possono acquistare le licenze con questa formula, né tantomeno sono licenze rivendibili dagli operatori economici. Si prega di verificare tale richiesta

RISPOSTA N. 7

Richiediamo Licenza IBM SPSS Premium Package (vedi allegato - IBM SPSS License Package)

CHIARIMENTO N. 8

In merito alla richiesta della Workstation Intel Xeon Laptop, viene richiesta una workstation laptop ma vengono richieste specifiche supportate solamente da workstation Tower 7960T Tower, si chiede di fare chiarezza sul tipo di prodotto richiesto e sulle specifiche dettagliate.

RISPOSTA N. 8

Richiediamo il modello Tower 7960T configurato nel modo indicato nelle caratteristiche fornite.

CHIARIMENTO N. 9

In merito alla richiesta della Workstation Intel Xeon Laptop viene richiesta una workstation laptop ma vengono richieste specifiche supportate soltanto da workstation Tower, si chiede di fare chiarezza sul tipo di prodotto richiesto e sulle specifiche dettagliate.

RISPOSTA N. 9

Richiediamo il modello AI workstation Intel Xeon w5-3423 (TOWER) con le seguenti specifiche tecniche:

- 30 MB di memoria cache, 12 core, 24 thread, da 2,1 GHz a 4,2 GHz Turbo, 220 W
- Windows 11 Pro for Workstations
- Doppia scheda NVIDIA® RTX™ A4500, 20 GB di memoria GDDR6, 4 DP, 7960T
- Memory 128 GB: 8 da 16 GB, DDR5, 4.800 MT/s, RDIMM, ECC
- Hard-drive SSD PCIe NVMe M.2 da 1 TB, classe 40